

---

# 안저카메라(무산동) 공고 규격서

---



2025년도

가톨릭관동대학교 국제성모병원

품 명	안저카메라(무산동)		
	Non-Mydriatic Retinal Camera		
수 량	1 set	KFDA 분류번호(등급)	A28100.01 (2)

[국문]

#### A.(특징)

1. True Color Fundus Images
  - 독자적인 기술을 사용한 고품질 센서
2. 쉬운조작
  - 완전 자동촬영
  - 직관적인 터치스크린 컨트롤패널
3. 공간 활용
  - 회전이 가능한 터치스크린
  - 컴팩트하고 혁신적인 디자인
4. 다양한 기능과 간단한 조작
  - Dicom 지원과 다양하게 구성가능한 인터페이스

#### B.(규격)

1. 촬영 화각 : 45° / 30° 또는 이와 동등 (디지털 줌)
2. 촬영 거리 : 34.8mm(안저촬영시)
3. 촬영가능 동공크기 : 45° : Ø4.0mm 또는 이상  
small pupil diameter : Ø3.3mm 또는 이상
4. 내부고시표 : Dot matrix type organic EL  
내부고시표:위치변경, 표시방법 및 조정 가능  
주변부 고시표:위치지정
5. 환자 디오퍼터 보정범위  
기본 촬영 : -13D to +12D(Area where the split lines are used)  
- 보정렌즈 : -12D to -33D  
+ 보정렌즈 : +11D to +40D
6. 전원 : Voltage:AC100-240V, Power Input:120VA, Frequency:50-60Hz
7. 크기와 무게 : 크기 272-383mm(W), 464-660mm(D), 512-700mm(H) 무게 18kg

#### C.(구성)

- |  |      |
|--|------|
| 1. Main Body                           | 1EA. |
| 2. ADJUSTABLE INSTRUMENT TABLE (R.O.K) | 1EA. |
| 3. Software kit                        | 1EA. |
| 4. Power cable                         | 1EA. |
| 5. DUST COVER                          | 1EA. |
| 6. Computer & Monitor                  | 1EA. |
| 7. Instruction manual                  | 1EA. |
| 8. Service manual                      |      |

#### D.(기타사항)

1. 공급자는 납품일 기준으로 10개월 이내 생산된 제품을 납품하며, 최종검수 완료 후 무상보증기간을 3년으로 한다.
2. 공급자는 사용자 측에서 요구한 장소에 납품 및 설치를 완료하며, 설치에 따른 모든 비용은 물품 대금에 포함되어 있고, 사용자가 원활하게 운용할 수 있도록 시험 운영 및 교육 시행을 완료하여야 최종검수로 인정한다.
3. 공급자는 년 2회 정기 점검을 시행하며, 그 결과를 의용공학파트에 제출한다.
4. 계약업체는 의료기기 인터페이스 및 PACS 연결을 진행한다.
5. 특징(A), 규격(B) 또는 구성(C)에 표기된 명칭과 기능이 각 제조사에서 사용하는 명칭 또는 기능과 상이하더라도 그 기능이 동등 또는 대체가능 하거나 그 이상일 경우 인정한다.
6. 각 입찰 참여업체에서 제안하는 규격 심사는 본원 사용부서 평가와 타 병원 납품/운영실적을 참고하여 공정하게 심사되기에, 이에 대한 이의를 제기할 수 없으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없음을 알려드립니다.