
표본가공장치(Tissue Processor) 공고 규격서



2025년도

가톨릭관동대학교 국제성모병원

품 명	표본가공장치		
	Tissue Processor		
수 량	1 set	KFDA 분류번호(등급)	I02010.01 (1)

[국문]

A.(특징)

- 1) 내용제성 컬러 터치스크린으로 배우고 쉽고 조작 하기 쉬운 사용자 인터페이스
- 2) 듀얼 레토르트 챔버
- 3) 원격 채우기 및 배수 기능
- 4) 기록된 데이터에 쉽게 액세스하여 조직 처리 보고서를 제어할 수 있습니다.

B.(규격)

- 1) 용량 : 총 400개 카세트, Dual Retrot (최대. 2 x 200 카세트)
- 2) 레토르트 처리량 : 3.88 liters
- 3) 파라핀 온도 범위 : 58-85 ° C
- 4) 시약 온도 범위 : 주변 온도, 35-65 ° C
- 5) 파라핀 베스 수 : 4
- 6) 파라핀 용량 : 베스당 3.9 L
- 7) 시약통 개수 : 17
- 8) 시약통 용량 : 3.88L

C.(구성)

- | | | |
|------------------------------------|----|-----|
| 1) Basic instrument | 본체 | 1ea |
| 2) Cassette basket | | 4ea |
| 3) Blue clip sets with datamatrix | | 4ea |
| 4) Black clip sets with datamatrix | | 4ea |
| 5) Reagent bottle assembly | | 1ea |
| 6) Bottle cap | | 1ea |
| 7) Paraffin bath vent plug | | 2ea |
| 8) Instruction manual | | 1ea |

D. Remarks

- 1) By the time for installation, technical instruction will be fully given by manufacturer

2) 3year charge-free warranty is guaranteed after the installation

※ 기타사항 ※

1. 공급자는 납품일 기준으로 6개월 이내 생산된 제품을 납품하며, 최종검수 완료 후 무상보증 기간을 3년 이상으로 한다.
2. 공급자는 사용자 측에서 요구한 장소에 납품 및 설치를 완료하며, 설치에 따른 모든 비용은 물품 대금에 포함되어 있고, 사용자가 원활하게 운용할 수 있도록 시험 운영 및 교육 시행을 완료하여야 최종검수로 인정한다.
3. 공급자는 년 2회 이상 정기 점검을 시행하며, 그 결과를 의용공학과트에 제출한다.
4. 계약업체는 의료기기 인터페이스 및 PACS 연결을 진행한다.
5. 특징(A), 규격(B) 또는 구성(C)에 표기된 명칭과 기능이 각 제조사에서 사용하는 명칭 또는 기능과 상이하더라도 그 기능이 동등 또는 대체가능 하거나 그 이상일 경우 인정한다.
6. 각 입찰 참여업체에서 제안하는 규격 심사는 본원 사용부서 평가와 타 병원 납품/운영실적을 참고하여 공정하게 심사되기에, 이에 대한 이의를 제기할 수 없으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없음을 알려드립니다.