
표본가공장치[embedding system] 공고 규격서



2025년도

가톨릭관동대학교 국제성모병원

품 명	표본가공장치		
	Tissue Embedding center		
수 량	1 set	KFDA 분류번호(등급)	I02010.01 (1)

[국문]

A.(특징)

- 1) 파라핀으로 조직을 엠베딩(포매)
- 2) 두 개의 모듈 시스템 - 냉각판 & 가열 엠베딩(포매) 모듈

B.(규격)

1. 가열 엠베딩(포매) 모듈

- 1) 파라핀 분주기를 조정할 수 있다.
- 2) 파라핀 분주량 조정 가능
- 3) 엠베딩 몰드 및 카세트 수용을 위한 넓은 가열 작업대
- 4) 가열판에 2개의 이동식 파라핀 수납 트레이가 있다.
- 5) 자석 밸브 시스템
- 6) 타이머 키고 끄는 프로그램 가능
- 7) 램프에 목부분 위치 조정 가능
- 8) LCD touch Screen 디스플레이.
- 9) 작동 온도 범위 : +20 ° C to +30° C
- 10) 작동 온도 : 50 ° C ~ 75 ° C로 조정
- 11) 용량 : 파라핀 탱크 4L / 카세트 트레이 / 온난화 트레이 : 약. 150 카세트

2. 냉각판 (Cold Plate)

- 1) -6°C로 냉각판의 온도를 일정하게 유지한다
- 2) 냉각판 용량 : 65 표준 카세트

C.(구성)

- | | | |
|---|----|-----|
| 1) Basic instrument | 본체 | 1ea |
| 2) Cold plate | | 1ea |
| 3) Lid for paraffin reservoir | | 1ea |
| 4) Paraffin collection trays | | 2ea |
| 5) Removable cassette and mold baths | | 2ea |
| 6) Lids for the cassette and mold baths | | 2ea |
| 7) Paraffin bath vent plug | | 1ea |
| 8) Instruction manual | | 1ea |

D. Remarks

- 1) By the time for installation, technical instruction will be fully given by manufacturer
- 2) 3year charge-free warranty is guaranteed after the installation

※ 기타사항 ※

1. 공급자는 납품일 기준으로 6개월 이내 생산된 제품을 납품하며, 최종검수 완료 후 무상보증 기간을 3년 이상으로 한다.
2. 공급자는 사용자 측에서 요구한 장소에 납품 및 설치를 완료하며, 설치에 따른 모든 비용은 물품 대금에 포함되어 있고, 사용자가 원활하게 운용할 수 있도록 시험 운영 및 교육 시행을 완료하여야 최종검수로 인정한다.
3. 공급자는 년 2회 이상 정기 점검을 시행하며, 그 결과를 의용공학과트에 제출한다.
4. 계약업체는 의료기기 인터페이스 및 PACS 연결을 진행한다.
5. 특징(A), 규격(B) 또는 구성(C)에 표기된 명칭과 기능이 각 제조사에서 사용하는 명칭 또는 기능과 상이하더라도 그 기능이 동등 또는 대체가능 하거나 그 이상일 경우 인정한다.
6. 각 입찰 참여업체에서 제안하는 규격 심사는 본원 사용부서 평가와 타 병원 납품/운영실적을 참고하여 공정하게 심사되기에, 이에 대한 이의를 제기할 수 없으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없음을 알려드립니다.