
의료용바이오피드백장치 규격서



2026년도

가톨릭관동대학교 국제성모병원

품 명	의료용바이오피드백장치		
	Biofeedback Device		
수 량	1 set	KFDA 분류번호(등급)	A30080.01

A. (특 징)

- 옷 입은 상태로 사용할 수 있는 External Biofeedback Device
- Monitor Graph를 보면서 Pelvic Floor Muscles을 수축 운동하는 Active Type Biofeedback
- Pelvic Floor Muscles에 Pressure를 가하여 Target Muscles을 자동 인식시키는 System
- Muscles Strength에 따른 20단계의 단계별 동기부여 프로그램

B. (규 격)

1. Main Body (Chair)

- 1) Power Sources : AC 100 ~ 240V, 50Hz / 60Hz
- 2) Electric Power : Max 300W
- 3) Muscles Strength massurement : 0 ~ 20kg
- 4) Abdominal Pressure massurement : 0 ~ 11 kg
- 5) Dimention : (W.D.H) 700× 576× 1,350mm
- 6) Weight : 50kg

2. PC Description

- 1) CPU : Intel Dual Core
- 2) Memory : 4G 이상
- 3) SSD256이상
- 5) Display : 24 inch LED Monitor
- 6) Keyboard : 87 Keys

C. (구 성)

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1) Chair (Main Body) | - 1 - |
| 2) Monitor | - 1 - |
| 3) Keyboard | - 1 - |
| 4) Abdominal Pressure Sensor | - 1 - |
| 5) Table | - 1 - |

D.(기타사항)

1. 공급자는 납품일 기준으로 6개월 이내 생산된 제품을 납품하며, 최종 검수완료 후 무상 보증기간을 3년으로 하고 소모품은 제외한다.
2. 공급자는 사용자 측에서 요구한 장소에 납품 및 설치를 완료하며, 설치에 따른 모든 비

용은 물품대금에 포함되어 있고, 사용자가 원활하게 운용할 수 있도록 시험 운영 및 교육 시행을 완료하여야 최종검수로 인정한다.

3. 공급자는 년 2회 정기점검을 시행하며, 그 결과를 의용공학파트에 제출한다.
4. 각 입찰 참여업체에서 제안하는 규격 심사는 본원 사용부서 평가와 타 병원 납품/운영실적을 참고하여 공정하게 심사되기에, 이에 대한 이의를 제기할 수 없으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없음을 알려드립니다.