

규격서

품 명	단 위	수 량
의료용분사식세정기	세트	4

가. 특징

1. Cassette loading의 쉬운 장착 및 구동이 가능하여야 한다.
2. 빠른 설치 및 프레이밍이 쉬워야한다.
3. 모든 I.V. pole에 호환되는 pole mount가 가능하여야 한다.
4. 비디오 카드 선반 및 모든 종류의 평평한 면에 설치 가능하여야 한다.
5. 장비 구동 시 즉각적 반응이 있어야 한다.
6. 높은 Flow가 가능하여야 한다.
7. 여러가지 상황에서 알맞은 팽창력을 유지하여야 한다.

나. 구성

- | | |
|----------------|------|
| 1. 펌프로터 | 1 EA |
| 2. 작동/중지 버튼 | 1 EA |
| 3. 화면 | 1 EA |
| 4. 대기모드 스위치 | 1 EA |
| 5. 압력 증가/감소 버튼 | 1 EA |
| 6. 입력센서 윈도우 | 1 EA |
| 7. 막대고정 브라켓 | 1 EA |
| 8. 퓨즈모듈 | 1 EA |
| 9. 콘센트 | 1 EA |

다. 사양

1. PUMP 시스템

- 1) 최대압력: 1800ml/min
- 2) 설정압력: 최대 150 mmHg
- 3) 무게 : 3.15kg
- 4) 면적 : 16.5cm(H) x 20.3cm(D) x 19.7cm(W)
- 5) 전원공급: 90 - 240v 50/60Hz

라. 특수조건

1. 3년간 공급자에 의해 서비스 보증을 제공한다.(3년 이상 우대)
2. 설치를 위한 요소나 배선에 대하여 정비 관리자에게 제공 한다.
3. 설치와 테스트의 실행은 공급처의 훈련된 엔지니어에 의해 수행하여야 한다.

납품장소 : 가톨릭관동대학교 국제성모병원 내

※ 기타 특수조건은 첨부서류의 “물품구매계약특수조건”을 참고