

購 買(國 文) 規 格 書
COMMODITY DESCRIPTION

分類番號 (等級)	品目番號 ITEM NO.	品 目 및 規 格 DESCRIPTION	單 位 UNIT	數 量 QUANTITY
A79060.01 (2)	1	Contrast Delivery System (조영제 자동주입기)	set	1

가) 특 징 ;

1. 본장비는 마이크로컴퓨터 처리 장치에 의해 조정되는 조영제 주입장치이다.
2. 본 장비는 임상적 유연성과 사용자의 편리한 작동을 완벽하게 한 장비이면 심혈관센터와 영상의학과 혈관외과에서 혈관조영촬영시 혈관의 이미지를 극대화시켜주기 위하여 환자에게 정확한 양의 조영제를 주입시켜주는 장비이다.
3. 본장비는 스텐드(Pedestal) 타입으로 설치가 진행되어야 한다.
4. 제조업체 모델의 최신의 제품을 제공하여야 한다.

나) 구 성 ;

1. Powerpack ----- 1EA
2. Console ----- 1EA
3. Powerhead ----- 1EA
4. Remote Stand (Pedestal)----- 1SET
5. Heater Blanket ----- 1EA
6. CABLES ----- 1SET(각 1EA)
7. 150ml Jacket ----- 1EA

다) 사 양 ;

1. SYRINGE SIZE : 150ml(기본)
2. FILL RATE : 0.2 to 25ml / sec 동등이상
3. SYRINGE HEATER : 37°C (98°F)nominal

4. FLOW RATE :

1) Angio-Cardiac and Angio-Peripheral Modes

① 0.1 to 40.0ml/s in 0.1ml/s increments up to 9.9ml/s, 1.0ml/s increments thereafter. / 동등이상

② 0.1 to 999ml/M in 0.1ml/M increments up to 9.9ml/M, 1.0ml/M increments thereafter. / 동등이상

5. VOLUME : in 0.1ml increments up to 9.9ml, 0.1ml increments thereafter. / 동등이상

6. PRESSURE LIMIT :

1) Angio-Cardiac and Angio-Peripheral Modes

75 to 1200 PSI (517 to 8273 kPa) / 동등이상

7. PHASE DELAY : 0 to 300 sec. (0.1 or 1.0 sec increments) / 동등이상

8. STORED PROTOCOLS : Angiographic Mode - 45 protocols / 동등이상

9. Manual (사용자, 서비스메뉴얼) : 각 1EA

라) 기타사항 ;

1. 장비 설치 :

장비의 설치는 계약 이후 3개월 이내에 납기 진행하며 EMR, OCS, PACS 연동은 불필요합니다.

2. 장비 운영 및 테스트 :

장비 설치 후 정상적인 운영 상태가 될 때까지는 장비의 전반적인 부분을 공급 업체에서 책임진다.

3. 무상보증 :

공급자는 3년간 무상보증 서비스를 제공한다.

납품장소 : 가톨릭관동대학교 국제성모병원 내

※ 기타 특수조건은 첨부서류의 “물품구매계약특수조건”을 참고